Krykke Flex

Tilsigtet anvendelse: Krykke Flex er beregnet til at blive anvendt som gangstøtte til bevægelseshæmmede

Betegnelse på krykke	**Varenummer**	**Farve** (armstøtte)	**Krykkens længde** (cm)	**Maksimal bruger-vægt** (kg)	**Produkt-vægt** (kg)	**Monteret ispig**
Flex barn	126950	grå	46-58	50	0,3	-
Flex barn	126955	blå	46-58	50	0,3	-
Flex lille	126960	grå	58-80	100	0,4	-
Flex lille	126963	grå	58-80	100	0,5	Ispig spids
Flex lille	126965	blå	58-80	100	0,4	-
Flex	127000	grå	75-97	140	0,5	-
Flex	127003	grå	75-97	140	0,6	Ispig spids
Flex	127004	rød	75-97	140	0,5	-
Flex	127005	blå	75-97	140	0,5	-
Flex	127008	grå	75-97	140	0,6	Ispig krone
Flex	127009	hvid	75-97	140	0,5	-
Flex kort	127040	grå	58-80	140	0,4	-
Flex kort	127043	grå	58-80	140	0,5	Ispig spids
Flex lang	127050	grå	90-112	120	0,5	-
Flex lang	127053	grå	90-112	120	0,6	Ispig spids
Flex lang	127054	rød	90-112	120	0,5	-
Flex lang	127055	blå	90-112	120	0,5	-
Flex lang	127058	grå	90-112	120	0,6	Ispig krone
Flex fast længde	127060	grå	105	140	0,5	-

Artikel (artikelnummer)	**Tilbehør**	**Reservedele**
Dupsko 19-20 mm (120750/120750K)		x
Dupsko 21-23 mm (120760)		x
Ispig spids (123300/123300K)	x	x
Ispig krone (123350/123350K)	x	x
Krykkepolstring (124700)	x	
Krykkeholder Flex (124885/124885K)	x	
Krykkeholder Ingrid (257467)	x	
Krykkeholder til krykke og stok (158)	x	

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2025-24 ver 01
Den seneste version er altid tilgængelig på Swerecos hjemmeside under den respektive produktfane. https://www.swereco.com/rorelsehjalpmedel/kryckkappar

Tekniske data

- Materiale: krykkerør i aluminium, armstøtte i polypropylen, dupsko i naturgummi.
- Forventet levetid: 3 år ved normal brug i overensstemmelse med denne brugsanvisning.
- Opbevaring: Opbevar produktet ved stuetemperatur, beskyttet mod direkte sollys og ekstrem varme/kulde. Det anbefales at placere krykken stående eller liggende på et stabilt underlag for at forhindre deformation.
- Genanvendelse og affald: Krykken sorteres som metalskrot.

Sikkerhedsinstruktioner

⚠ Produktet må kun anvendes i henhold til den tilsigtede anvendelse. Personlig tilpasning af krykken er ikke tilladt.

⚠ Krykkens forventede levetid er tre år. Efter tre år bør krykken ikke længere bruges, da der er risiko for træthedsbrud, hvis krykken har været brugt kontinuerligt i en længere periode. Krykkens udløbsdato er angivet på produktmærkaten, der sidder på krykken.

⚠ Hvis der er tegn på slitage eller beskadigelse af krykken, må den ikke bruges. Kontroller regelmæssigt, at stiften til højdejustering ikke er løs. Hvis det er tilfældet, må krykken ikke bruges.

⚠ Krykken må aldrig bruges til at stoppe en elevatordør eller lignende, da det kan beskadige krykken og medføre, at den går i stykker.

- Den maksimale brugervægt ifølge ovenstående tabel må ikke overskrides (dette gælder også ved brug af to krykker).
- Ved brug på sne- og isdækkede underlag anbefales det at montere en ispig på krykken. Gå meget forsigtigt, selv med en ispig, da der stadig er en vis risiko for at glide.
- En våd eller snavset dupsko kan udgøre en risiko for at glide. Når du kommer ind udefra, skal du huske at tørre dupskoen af, hvis det er nødvendigt.
- Undgå om muligt at bruge produktet på skrånende, ujævne eller glatte overflader. Dette kan påvirke krykkens greb på underlaget.
- Tag elevatoren i stedet for trapperne, når det er muligt. Bed den ordinationsansvarlige om at vise, hvordan man går og bruger krykken sikkert på trapper. Hvis du er nødt til at gå på trapper, skal du holde krykken lodret og ikke i en vinkel i

Indstillingsanvisninger

- Krykken bør justeres af en person med relevant ekspertise for at sikre korrekt tilpasning til brugerens forudsætninger.
- Højden justeres ved hjælp af trykknappen, se figur 1 Krykken skal stå i opret position ved justering.
- Albuen skal være bøjet let fremad/nedad (ca. 30°) i den korrekte højde, se figur 2
- Rådfør dig altid med en person med relevant ekspertise, hvis du har spørgsmål vedrørende højdejustering.
- Ved montering af Ispig spids (art.-nr. 123300/123300K) eller Ispig krone (art.-nr. 123350/123350K) henvises til den separate brugsanvisning, der findes på Swerecos hjemmeside.

Brugervejledning

- Placer krykken ca. 5–10 cm fra ydersiden af foden og lidt foran foden for at opnå god stabilitet.
- Gå med en jævn rytme, og undgå at læne dig for langt fremad eller til siderne.
- Brug krykker i henhold til sundhedsudbyderens anvisninger (enkelt- eller dobbeltsidig brug, forskellige gangmønstre ved delvis belastning osv.).
- Hvis der opstår farlige situationer eller mistanke om funktionsfejl, skal dette straks anmeldes til producenten og i tilfælde af alvorlige hændelser også til den relevante myndighed i henhold til gældende regler.

Rengøring og desinfektion

- Rengør krykken regelmæssigt med en mild sæbeopløsning (pH 5–9) og en blød klud. Undgå stærke kemikalier eller opløsningsmidler, da de kan beskadige produktet.
- Desinficer efter behov produktet i dertil beregnet desinfektionsudstyr ved 85 °C i mindst 3 minutter for at sikre hygiejnisk brug.
- Produkter, der desinficeres, skal gennemgå en fuldstændig inspektion i overensstemmelse med nedenstående anvisninger.

Vedligeholdelse

Kontroller regelmæssigt, at:

- Dupskon ikke er slidt eller beskadiget. En slidt eller beskadiget dupsko skal udskiftes.
- Trykknappen til højdejustering fjedrer tilbage, som den skal. Hvis trykknappen ikke fjedrer tilbage, skal krykken tages ud af brug.
- Der er ikke opstået revner, deformationer eller andre tegn på slitage på produktet. Hvis der findes revner, deformationer eller andre tegn på slitage, skal krykken tages ud af brug.

Krykke 127060 Flex med fast længde kan afkortes for at justere krykkens længde. Det skal altid gøres af en kvalificeret fagperson

- Ved behov kan krykkerøret afkortes for at opnå den korrekte længde.
- Dette gøres ved at fjerne dupskon og derefter afkorte krykkerøret forneden.
- Sæt dupskon tilbage på plads ved at trykke den helt i bund.





LOT Produktets batchnummer

CE Produktet er CE-mærket i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/745

MD Produktet er et medicinsk udstyr

Produktets udløbsdato

Se brugsanvisningen

Producent

REF Produktets artikelnummer

Maksimal brugervægt

Advarsel

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2025-24 ver 01
Den seneste version er altid tilgængelig på Swerecos hjemmeside under den respektive produktfane. https://www.swereco.com/rorelsehjalpmedel/kryckkappar